

Looprecorder implantatie

Uw cardioloog heeft met u overlegd over het plaatsen van een looprecorder. U heeft klachten waarbij de cardioloog graag wil weten wat het hartritme is ten tijde van de klachten.

De looprecorder is een klein staafje. Deze wordt onder plaatselijke verdoving onder de huid geschoven. U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. Het plaatsen van de looprecorder duurt ongeveer een 5 minuten.

U krijgt na de implantatie een activator mee. Hiermee kunt u ook zelf een opname van het hartritme maken welke in het geheugen van de looprecorder wordt opgeslagen. Dit moet u alleen doen op het moment dat u klachten heeft. Het is handig om de dag en het tijdstip te noteren en wat de klachten op dat moment zijn.

De looprecorder registreert continue uw hartritme. Mocht uw hartslag erg langzaam gaan, of juist heel erg snel zal de looprecorder dit automatisch in zijn geheugen opslaan.

Mocht u om wat voor reden dan ook geen opname kunnen maken tijdens klachten zal er, mits er sprake is van een te snel of een te langzaam ritme, automatisch een opname worden vastgelegd.

LET OP: U kunt zelf maar 4 opnames maken. Als u een 5^e opname maakt zal de 1^e opname worden gewist. Het is daarom raadzaam om na de 4^e keer een opname te hebben gemaakt een afspraak te maken op de poli cardiologie om het geheugen van de looprecorder uit te laten lezen.

Als de klachten zeer heftig waren, als u bent flauwgevallen of als u zeer duizelig bent geweest is het raadzaam om direct een afspraak te maken op de poli cardiologie om te kijken wat het hartritme is ten tijde van de klachten.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de Pacemaker technicus.

Na implantatie:

- Het wondje is gesloten met 1 oplosbare hechting. Als er na 10 dagen nog een stukje uitsteekt dan kunt u het beste het draadje verwijderen door er voorzichtig aan te trekken. Anders wordt deze verwijderd tijdens de 1^e controle bij de pacemaker technicus.
- Op het wondje zit een pleister. Deze mag de volgende dag worden verwijderd. Na het verwijderen van de pleister kunt u het wondje afspoelen onder de douche. Het gebruik van een washandje over de wond pas weer als het helemaal dicht is.
- Er kan een blauwe plek ontstaan, dat is normaal en niet verontrustend
- Indien u pijn heeft op de implantatieplek kunt u Paracetamol gebruiken.
- Bij ontstekingsverschijnselen als roodheid, zwelling, kloppen en meer pijn moet u contact opnemen met ons via de polikliniek cardiologie (tel **020-7557005**) of via de receptie (tel **020-7557000**)

Looprecorder implantatie

Hoe bedient u de activator.

1. Houd het apparaat in uw voorkeurshand.
2. Breng uw hand met het apparaat naar uw borst op de plaats waar de onderhuidse monitor is ingebracht. De achterkant van het apparaat moet op de huid of op de kleding worden geplaatst zonder dat uw vingers ertussen zitten.
3. Druk op de ronde aktiveringsknop.
4. Na 3 seconden kunt u het apparaatje wegnemen.
5. Als er een groen lampje brandt is de opname gelukt en kunt u het apparaatje wegbergen.
6. Als er geen groen lampje brandt, probeer het opnieuw.